

PROCEDURE POUR L'ETALONNAGE ET AJUSTAGE DE VOTRE MANOMETRE

- 1** Imprimez et remplissez la deuxième page de ce document (Bordereau de Service).
Assurez-vous que les informations soient correctes et facilement lisibles.
- 2** Imprimez le Bon de Commande Testoon relatif à l'étalonnage du Manomètre.
- 3** Placez le Manomètre avec ses piles dans sa sacoche, sans aucun autre accessoire (câbles, CD, etc.).
- 4** Joignez le Bordereau de Service complété et la copie du bon de commande avec le Manomètre dans un carton.
Assurez-vous de bien protéger le Manomètre avec du calage.
- 5** Imprimez l'étiquette UPS en cliquant sur « Récupérer votre étiquette » depuis l'e-mail reçu le jour de la validation de votre commande (en fin d'après-midi), et collez-la sur le carton.
- 6** Appelez UPS au 0821 233 877*, pour demander le passage du livreur à la date que vous souhaitez.
- 7** Quand le livreur passe il n'a plus qu'à scanner l'étiquette, vous pourrez alors suivre le colis jusqu'à son arrivée chez BlowerDoor.
- 8** Vous recevrez votre Manomètre accompagné du nouveau certificat d'étalonnage dans les plus brefs délais.

*0.12 EUR/min+surcoût éventuels selon opérateur



BORDEREAU DE SERVICE / SERVICE ORDER

PRESSURE GAUGE CALIBRATION

A remplir	Pour/For the laboratory
<p>Bon de commande ou Facture Testoon n° : (Testoon Order Form or Bill Reference)</p> <p>Numéro(s) de série du (des) Manomètre : (Manomètre Serial Number(s))</p> <p>Adresse de retour souhaitée (return address)</p> <p>Société/Firm: _____</p> <p>Nom/Name: _____</p> <p>Rue/Street: _____</p> <p>Code postal/Postal Code: _____</p> <p>Ville/City: _____</p> <p>Téléphone/Phone nbr: _____</p> <p>E-mail : _____</p> <p>Note : La production de ce bordereau accompagnée du bon de commande Testoon, indique que la prestation a été prépayée. Ce bordereau est à usage unique. La prestation est effectuée après vérification de sa validité auprès de Testoon.</p> <p>Aucun remboursement ne peut être effectué sur ce bordereau ni par Testoon, ni par le laboratoire. Validité de ce bordereau : 30 jours après la date du Bon de Commande Testoon.</p>	<p><u>If a copy of the Testoon Order Form is attached with the Gauge,</u> please proceed to the following services:</p> <ul style="list-style-type: none">- DAkKS (GA P50-784) calibration & adjustment of the two pressure sensors of the Gauge- Generation of a calibration certificate- Ship back the Gauge with its certificate to the Return Address indicated on the left, using UPS Standard with the Testoon's account- Invoice Testoon (please indicate the Testoon Order Form / Bill Reference)