

PROCEDURE POUR L'ETALONNAGE DE VOTRE MANOMETRE D'INFILTROMETRIE

- 1** Imprimez et remplissez le Bordereau de Service que vous recevrez par mail après avoir passé commande. Assurez-vous que les informations soient correctes et facilement lisibles.
- 2** Imprimez le Bon de Commande Testoon relatif à l'étalonnage de votre manomètre.
- 3** Placez l'appareil avec ses piles dans sa sacoche, sans aucun autre accessoire (câbles, CD, etc.).
- 4** Joignez le Bordereau de Service complété et la copie du bon de commande avec le manomètre dans un carton. Assurez-vous de bien protéger l'appareil avec du calage.
- 5** Imprimez l'étiquette UPS en cliquant sur « Récupérer votre étiquette » depuis l'e-mail reçu le jour de la validation de votre commande (en fin d'après-midi), et collez-la sur le carton.
- 6** Appelez UPS au numéro précisé sur l'étiquette, pour demander le passage du livreur à la date que vous souhaitez.
- 7** Quand le livreur passe il n'a plus qu'à scanner l'étiquette, vous pourrez alors suivre le colis jusqu'à son arrivée au laboratoire.
- 8** Vous recevrez votre manomètre accompagné du nouveau certificat d'étalonnage dans les plus brefs délais.

